

銀増幅 高感度		Ag	Ag	Ag	Ag	—	Ag	—
一般の名称		SARS コロナ ウイルス抗原キット	SARS コロナ ウイルス抗原キット・ インフルエンザ ウイルスキット	インフルエンザ ウイルスキット	RSウイルスキット・ アデノウイルスキット	アデノウイルスキット	マイコプラズマ 抗原キット	A 群ベータ溶血連鎖 球菌抗原キット
製品名		クイック チェイサー [®] Auto SARS-CoV-2	クイック チェイサー [®] Auto SARS-CoV-2/FluA,B	クイック チェイサー [®] Auto Flu A,B	クイック チェイサー [®] Auto RSV/Adeno	クイック チェイサー [®] Auto Adeno	クイック チェイサー [®] Auto Myc	クイック チェイサー [®] Auto Strep A
品 番 (包装)		67250(10 回用)	68660(10 回用)	68660(10 回用)	67650(10 回用)	67490(10 回用)	68350(10 回用)	67780(10 回用)
保 険 点 数	実施料	SARS-CoV-2 抗原定性 150 点 D012 28	SARS-CoV-2・ インフルエンザウイルス 抗原同時検出定性 225 点 D012 53	インフルエンザ ウイルス抗原定性 132 点 D012 22	RS ウイルス抗原定性 138 点 D012 24 ※3 アデノウイルス抗原定性 (糞便を除く) 174 点 D012 39	アデノウイルス抗原定性 (糞便を除く) 174 点 D012 39	マイコプラズマ抗原定性 (免疫クロマト法) 148 点 D012 27	A 群 β 溶連菌 迅速試験定性 121 点 D012 18
	判断料	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6	免疫学的検査判断料 144 点 D026 6
	検体採取料 ※1	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6	鼻腔・咽頭拭い液採取 25 点 D419 6
製品画像								
判定時間		15 分	3.5～15分 (陰性は15分)	3.5～15分 (陰性は15分)	3.5～15分 (陰性は15分)	5～10分 (陰性は10分)	15 分	5～10分 (陰性は10分)
テストプレート								
付属綿棒		ニプロスポンジスワブ TYPE S	ニプロスポンジスワブ TYPE S	ニプロスポンジスワブ TYPE S	ニプロスポンジスワブ TYPE S	滅菌綿棒 (咽頭用/角結膜用)	滅菌綿棒 (咽頭用)	滅菌綿棒 (咽頭用)
抽 出 液 スポイト								
検 体 体	鼻咽頭ぬぐい液	○	○	○	○	○		
	鼻腔ぬぐい液 ※2	○	○	○				
	鼻腔吸引液			○	○			
	咽頭ぬぐい液			○	○	○	○	○
	鼻汁鼻かみ液			○				
	角結膜ぬぐい液					○		

判断のプロセスを支える 1 台。

簡単操作で判定結果は
自動でプリントアウト

場所を取らない
コンパクトサイズ

デンシトメトリー分析装置
**クイックチェイサー[®]
Immuno Reader II**
特定保守管理医療機器
届出番号 14B1X10022000124
製造販売元 富士フイルム株式会社
 品番/82100

※1 鼻腔・咽頭拭い液採取：1人の患者につき1日に1回の算定となる。
 ※2 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し、採取した鼻腔ぬぐい液
 ※3 入院中の患者、1歳未満の乳児、パリビズマブ製剤又はニルセビマブ製剤の
 適応となる患者に適用。

製造販売元
 株式会社 ミズホメディー
 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4
<https://www.mizuho-m.co.jp>
 学術担当窓口 お客様専用 ☎ **0120-12-4636**
 月～金（祝日を除く） 9:00～12:00 13:00～17:00